



電気味覚計 TR-06A



TR-06A

電気味覚閾値の定量的検査が可能

味覚障害、顔面神経麻痺、聴神経腫瘍の診断・研究に



正確で迅速な
検査が可能
定電流回路を搭載

小型・軽量
病室内への
持ち運びも簡単

簡単操作
使いやすい操作パネル
フットスイッチを付属

特長

- 被検者と電極の接触状態が変化しても、定電流回路により正確な刺激電流を流すことができるので、短時間で電気味覚閾値の定量的検査が可能です。
- 単極導子の電極棒先端にある接触子は可動式です。鼓索神経領域、舌咽神経領域、迷走神経領域それぞれの検査部位に応じ、適切な角度に調節できるので、検査部位への正確な刺激が可能です。
- 医用電気機器の安全規格 (JIS T 0601-1:2014) に適合。乾電池駆動で被検者への漏れ電流を極力低減しています。
- 当社従来製品 (TR-06) に対して、容積を約50%、重さを約40%低減しました。病室内への持ち運びや収納も容易です。
- 電池チェック機能、刺激状態表示機能など、便利な機能を搭載しています。
- 便利なフットスイッチを付属。刺激電流のオン・オフ、および増減が可能で、検者の両手がふさがっている場合に便利です。
- 環境にやさしい「ニッケル水素充電電池」*も使用可能。自然放電 (電池容量の抜け) が少ないため、使用頻度が低い場合でも安心です。
*本機器には付属していません。別途、市販品のご購入が必要です。また、本機器に充電機能は搭載していません。



電源

電撃に対する保護の形式による分類: 内部電源機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類: B型装着部
使用電池: 単3形乾電池 (またはニッケル水素充電電池) 4本
使用電圧範囲: 4.5~7V
消費電力: 400mW以下 (但し6V時)
連続使用時間: 当社試験条件による

電池	連続使用時間
マンガン乾電池 (R6)	約30時間
アルカリ乾電池 (LR6)	約80時間
ニッケル水素充電電池 (HR6) (スタンダードモデル)	約60時間

環境条件

使用環境条件: 15~35℃, 30~90%RH, 980~1040hPa
輸送・保管時環境条件: -10~50℃, 10~90%RH, 500~1050hPa
(いずれも結露なきこと)

大きさ・重さ

本体: 約170(幅) x 210(奥行) x 87(高さ) mm (取っ手以外の突起部を除く)
約1.2 kg (電池を除く)

付属品

単極導子 A	TR-03-S03	1	応答用押ボタンスイッチ	TR-06-S10	1
電極棒	TR-03-S05	1	DIN用フットスイッチ	TR-06-S07	1
不関電極	59D00000	1	単3形マンガン乾電池		4
陰極コード(DIN)組立	TR-06-S09	1	電極用パッド	4枚1パック	4

電気味覚計 TR-06A

仕様

販売名: 電気味覚計 TR-06A
類別: 機械器具24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般の名称: 電気味覚計
JMDNコード: 70100000
医療機器分類: 管理医療機器
特定保守管理医療機器: 非該当
修理区分: 非特定保守管理医療機器/第2区分
適用規格: JIS T 0601-1:2014, JIS T 0601-1-2:2012, JIS T 14971:2012

検査機能 (電気味覚検査)

電流
レベル範囲: -6dB ~ 34dB 2dBステップ (0 dB=8μA)
レベル誤差: ±0.3dB以内
提示時間: MANUAL, 0.5s, 1s, 1.5s, 2s
提示時間誤差: ±20ms以内 (0.5sレンジ), ±2%以内 (その他のレンジ)
機能
刺激状態表示機能、被検者保護機能、被検者応答機能、電池チェック機能、外部コントロール機能 など

*本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

医療機器認証番号 16000BZZ00071000



本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41
TEL:042-359-7880 FAX:042-359-7441
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-8(太陽館ビル)
TEL:03-3818-4133 FAX:03-3818-4140
仙台営業所 〒982-0015 仙台市太白区南大野田25-13
TEL:022-249-5533 FAX:022-249-5535
西日本営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル)
TEL:06-6363-4133 FAX:06-4797-0111
関東リオン(株) 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2
TEL:048-824-1205 FAX:048-824-8885
東海リオン(株) 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル)
TEL:052-954-1733 FAX:052-954-1734
九州リオン(株) 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18
TEL:092-281-5361 FAX:092-291-2847

<http://www.rion.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は・・・